

ANIOSGEL 85 NPC

Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή gel



Αποτελεσματικότητα κατά οργανισμών – στόχων

Εργαστηριακές Μελέτες

| Αριθμός μελέτης | Μέθοδος αναφοράς | Χρόνος δράσης | Δοσολογία / θερμοκρασία | Είδος τεστ / Ειδικές συνθήκες | Στελέχη |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Βακτηριοκτόνος δράση | | | | | |
| 28571 | EN 1040 (phase 1) | 30 δευτερόλεπτα | 40% (v/v) (20°C) | ➤ Ποσοτικό τεστ εναιώρησης | ➤ Pseudomonas aeruginosa ➤ Staphylococcus aureus |
| 34787 | EN 13727+A2 (phase 2-step 1) | 30 δευτερόλεπτα | 80% (v/v) (20°C) | ➤ Ποσοτικό τεστ εναιώρησης ➤ Καθαρές συνθήκες ➤ Υγιεινολογική αντισηψία χεριών | ➤ Pseudomonas aeruginosa ➤ Staphylococcus aureus ➤ Escherichia coli ➤ Enterococcus Hirae |
| 32313 σε ανθεκτικά νοσοκομει ακά στελέχη | EN 13727+A1 (phase 2-step 1) | 30 δευτερόλεπτα | 80% (v/v) (20°C) | ➤ Ποσοτικό τεστ εναιώρησης ➤ Καθαρές συνθήκες ➤ Υγιεινολογική αντισηψία χεριών | ➤ Enterococcus faecium (VRE) ➤ Staphylococcus aureus (MRSA) ➤ Acinetobacter baumannii ➤ Klebsiella pneumoniae ➤ Klebsiella pneumoniae |
| SN 20490 | EN 13727 (phase 2-step 1) | 30 δευτερόλεπτα – καθαρές συνθήκες 15 δευτερόλεπτα – ρυπαρές συνθήκες | 80% (v/v) (20°C) | ➤ Ποσοτικό τεστ εναιώρησης | ➤ Staphylococcus aureus ➤ Enterococcus hirae ➤ Pseudomonas aeruginosa ➤ Escherichia coli ➤ Proteus mirabilis |
| A13143-3 | EN 1500 (phase 2-step 2) | 30 δευτερόλεπτα | 3 ml x όσες φορές χρειάζεται για να διατηρούνται τα χέρια υγρά | ➤ Τεστ προσομοίωσης πρακτικών συνθηκών | ➤ Υγιεινολογική αντισηψία χεριών ➤ Escherichia coli |
| SN17742 | EN 12791 (phase 2-step 2) | 90 δευτερόλεπτα | 3 ml x όσες φορές χρειάζεται για να διατηρούνται τα χέρια υγρά | ➤ Τεστ προσομοίωσης πρακτικών συνθηκών | ➤ Χειρουργική αντισηψία χεριών |
| A16167/2 016 | EN 12791:2016 (phase 2-step 2) | 90 δευτερόλεπτα | 2x3 ml | ➤ Τεστ προσομοίωσης πρακτικών συνθηκών | ➤ Χειρουργική αντισηψία χεριών |

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΙΑΤΡΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΘΗΝΑ: Ξάνθου 10, 177 78 Ταύρος, Τηλ. Κέντρο 210 48 38 224

Fax: 210 48 38 547 • ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Τηλ./Fax: 2310 216 718

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ EN ISO 9001:2015 ΚΑΙ ΔΥ86/1348

ANIOSGEL 85 NPC

Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή gel



Αποτελεσματικότητα κατά οργανισμών – στόχων

| Αριθμός μελέτης | Μέθοδος αναφοράς | Χρόνος δράσης | Δοσολογία / θερμοκρασία | Είδος τεστ / Ειδικές συνθήκες | Στελέχη |
|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Μυκοβακτηριοκτόνος δράση | | | | | |
| 34766 | EN 14348 (phase 2-step 1) | 30 δευτερόλεπτα | 80% (v/v) (20°C) | ➤ Ποσοτικό τεστ εναιώρησης ➤ Καθαρές συνθήκες | ➤ Mycobacterium terrae ➤ Mycobacterium avium |
| Ζυμοκτόνος / μυκητοκτόνος δράση | | | | | |
| 28568 | EN 1275 (phase 1) | 30 δευτερόλεπτα | 80% (v/v) (20°C) | ➤ Μεθοδολογία ουδετεροποίησης με διαλύσεις | ➤ Candida albicans |
| 26367 | EN 1275 (phase 1) | 30 δευτερόλεπτα | 80% (v/v) (20°C) | ➤ Μεθοδολογία ουδετεροποίησης με διαλύσεις | ➤ Aspergillus niger |
| 19966 | EN 1275 (phase 1) | 30 δευτερόλεπτα | 80% (v/v) (20°C) | ➤ Μεθοδολογία ουδετεροποίησης με διαλύσεις | ➤ Aspergillus fumigatus |
| 34763 | EN 13624 (phase 2-step 1) | 30 δευτερόλεπτα | 80% (v/v) (20°C) | ➤ Ποσοτικό τεστ εναιώρησης ➤ Καθαρές συνθήκες | ➤ Candida albicans |
| 34880 | EN 13624 (phase 2-step 1) | 30 δευτερόλεπτα | 80% (v/v) (20°C) | ➤ Ποσοτικό τεστ εναιώρησης ➤ Καθαρές συνθήκες | ➤ Aspergillus brasiliensis |
| 25335 | EN 1650 (phase 2-step 1) | 30 δευτερόλεπτα | 80% (v/v) (20°C) | ➤ Ποσοτικό τεστ εναιώρησης ➤ Καθαρές συνθήκες | ➤ Trichophyton mentagrophytes |
| SN 20490 | EN 13624 (phase 2-step 1) | 30 δευτερόλεπτα – καθαρές συνθήκες 15 δευτερόλεπτα – ρυπαρές συνθήκες | 80% (v/v) (20°C) | ➤ Ποσοτικό τεστ εναιώρησης | ➤ Candida albicans |
| 35743 | EN 13624 (phase 2-step 1) | 30 δευτερόλεπτα | 50% (v/v) (20°C) | ➤ Ποσοτικό τεστ εναιώρησης ➤ Καθαρές συνθήκες ➤ Υγιεινολογική αντισηψία χεριών | ➤ Candida auris |

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΙΑΤΡΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΘΗΝΑ: Ξάνθου 10, 177 78 Ταύρος, Τηλ. Κέντρο 210 48 38 224

Fax: 210 48 38 547 • ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Τηλ./Fax: 2310 216 718

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ EN ISO 9001:2015 ΚΑΙ ΔΥ86/1348



ANIOSGEL 85 NPC

Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή gel



Αποτελεσματικότητα κατά οργανισμών – στόχων

| Αριθμός μελέτης | Μέθοδος αναφοράς | Χρόνος δράσης | Δοσολογία / θερμοκρασία | Είδος τεστ / Ειδικές συνθήκες | Στελέχη |
|-----------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ιοκτόνος δράση | | | | | |
| RE 17093-2 | EN 14476+A1 (phase 2-step 1) | 30 δευτερόλεπτα | 80% (20°C) | <ul style="list-style-type: none">➤ Ποσοτικό τεστ εναιώρησης➤ Καθαρές συνθήκες | <ul style="list-style-type: none">➤ Adenovirus type 5 |
| RE 17010-4 | EN 14476+A1 (phase 2-step 1) | 30 δευτερόλεπτα | 80% (20°C) | <ul style="list-style-type: none">➤ Ποσοτικό τεστ εναιώρησης➤ Καθαρές συνθήκες | <ul style="list-style-type: none">➤ Murine Norovirus |
| 2012/29147 | EN 14476+A1 (phase 2-step 1) | 30 δευτερόλεπτα | 40%, 80% | <ul style="list-style-type: none">➤ Ποσοτικό τεστ εναιώρησης➤ Καθαρές συνθήκες | <ul style="list-style-type: none">➤ HIV1 |
| 2012/29148 | EN 14476+A1 (phase 2-step 1) | 30 δευτερόλεπτα | 40%, 80% | <ul style="list-style-type: none">➤ Ποσοτικό τεστ εναιώρησης➤ Καθαρές συνθήκες | <ul style="list-style-type: none">➤ PRV (Pseudorabies Virus)➤ Υποκατάστατο του ιού HBV |
| 2012/29149 | EN 14476+A1 (phase 2-step 1) | 30 δευτερόλεπτα | 40%, 80% | <ul style="list-style-type: none">➤ Ποσοτικό τεστ εναιώρησης➤ Καθαρές συνθήκες | <ul style="list-style-type: none">➤ BVDV (Bovine Viral Diarrhea Virus)➤ Υποκατάστατο του ιού HCV |
| 2012/29363 | EN 14476+A1 (phase 2-step 1) | 30 δευτερόλεπτα | 80% | <ul style="list-style-type: none">➤ Ποσοτικό τεστ εναιώρησης➤ Καθαρές συνθήκες | <ul style="list-style-type: none">➤ Rotavirus SA-11 |
| 2012/29362 | EN 14476+A1 (phase 2-step 1) | 30 δευτερόλεπτα | 40%, 80% | <ul style="list-style-type: none">➤ Ποσοτικό τεστ εναιώρησης➤ Καθαρές συνθήκες | <ul style="list-style-type: none">➤ Human herpesvirus type 1 |
| 2010/25950 | EN 14476+A1 (phase 2-step 1) | 30 δευτερόλεπτα | 50%, 100% | <ul style="list-style-type: none">➤ Ποσοτικό τεστ εναιώρησης➤ Καθαρές συνθήκες | <ul style="list-style-type: none">➤ Respiratory Syncytial Virus (RSV) |
| A06ML248 | BGA, DVV | 30 δευτερόλεπτα | 80% | <ul style="list-style-type: none">➤ Ποσοτικό τεστ εναιώρησης | <ul style="list-style-type: none">➤ Bovine Coronavirus➤ Υποκατάστατο του ιού SARS - CoV |
| P 18860/2012 | EN 14476 (phase 2-step 1) | 30 δευτερόλεπτα | 80% | <ul style="list-style-type: none">➤ Ποσοτικό τεστ εναιώρησης➤ Καθαρές συνθήκες | <ul style="list-style-type: none">➤ Influenza Virus H5N1 |
| 109032989 | EN14476 (phase 2-step 1) | 30 δευτερόλεπτα | 80% | <ul style="list-style-type: none">➤ Ποσοτικό τεστ εναιώρησης➤ Καθαρές συνθήκες | <ul style="list-style-type: none">➤ Influenza Virus H1N1 |
| 2018/36560 | EN 14476+A1 (phase 2-step 1) | 2 λεπτά | 97% (20°C) | <ul style="list-style-type: none">➤ Ποσοτικό τεστ εναιώρησης➤ Καθαρές συνθήκες | <ul style="list-style-type: none">➤ Enterovirus Polio type 1 |
| 2012/28705 | EN 14476+A1 (phase 2-step 1) | 3 λεπτά | 100% | <ul style="list-style-type: none">➤ Ποσοτικό τεστ εναιώρησης➤ Καθαρές συνθήκες | <ul style="list-style-type: none">➤ Human enterovirus 71 |

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΙΑΤΡΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΘΗΝΑ: Ξάνθου 10, 177 78 Ταύρος, Τηλ. Κέντρο 210 48 38 224

Fax: 210 48 38 547 • ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Τηλ./Fax: 2310 216 718

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ EN ISO 9001:2015 ΚΑΙ ΔΥ86/1348

